

Số: 1561.../TB-BVNĐ2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2023

## THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Bộ y tế Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm linh kiện cho thiết bị năm 2023 - 2024 với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Đồng 2.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Họ và tên: Trần Minh Nhựt
  - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế.
  - Số điện thoại: 0907333324
  - Email: nhidong2.bme@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản giấy và file mềm excel theo mẫu phụ lục 2 đính kèm.
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Nhi đồng 2. Phòng VTTBYT - Tổ Bảo trì.  
Địa chỉ: Số 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.
  - Nhận qua email: nhidong2.bme@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận báo giá:  
Từ 08h ngày 26 tháng 08 năm 2023 đến trước 17h ngày 05 tháng 09 năm 2023  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  
Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 05 tháng 09 năm 2023

## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): Phụ lục 1 đính kèm.
2. Bảng báo giá: Theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm.
3. Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (bằng tiếng Việt).
4. Các thông tin khác (nếu có)

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại: 028.38295723 – 453 để tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 kính mời đại diện các đơn vị nộp bản báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, VT-TBYT(MN, 02).



GIÁM ĐỐC

**BS. CKII Trịnh Hữu Tùng**



Phụ lục 1: Danh mục yêu cầu báo giá

(Đính kèm Thông báo số: 1561.../TB-BVND2 ngày 25. tháng 8... năm 2023)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
1	Đèn Xenon 300W bao gồm hộp đèn và bộ đếm thời gian Tương thích với kính hiển vi phẫu thuật Pentero 800 - Hãng Carl Zeiss (Đức)	Đèn Xenon 300W bao gồm hộp đèn và bộ đếm thời gian Tương thích với kính hiển vi phẫu thuật Pentero 800 - Hãng Carl Zeiss (Đức) Thời gian hoạt động : 500 giờ	1	Cái
2	Bóng đèn X-Quang Tương thích với máy X-Quang di động Shimadzu Model: Mux-10 Hãng Shimadzu Corporation	Bóng đèn X-Quang Model: X-Ray Tube Assy, 0.7U161CS-36 (NR). Tương thích với máy X-Quang di động Shimadzu Model: Mux-10 - Hãng Shimadzu Corporation	1	Cái
3	Bo mạch phát công suất linh kiện Tương thích máy cắt đốt điện cao tần có chức năng hàn mạch máu Model: VLFT10GEN - Hãng: Covidien - Mỹ	Bo mạch phát công suất Mã: <b>PT00093999</b> Tương thích máy cắt đốt điện cao tần có chức năng hàn mạch máu Model: VLFT10GEN - Hãng: Covidien - Mỹ	1	Cái
4	Thanh điện trở linh kiện dùng cho máy Hemotherm 400 CE Hãng: Terumo	Thanh điện trở dùng cho máy Hemotherm 400 CE Hãng: Terumo	1	Cái
5	Nguồn điện cấp bóng đèn Xenon linh kiện cho kính vi phẫu M525 F50 Hãng Leica	Nguồn điện cấp bóng đèn Xenon linh kiện cho kính vi phẫu M525 F50 Hãng Leica	1	Cái
6	Kích điện cao áp cấp bóng đèn Xenon linh kiện cho kính vi phẫu M525 F50 Hãng Leica	Kích điện cao áp cấp bóng đèn Xenon linh kiện cho kính vi phẫu M525 F50 Hãng Leica	1	Cái
7	Bóng đèn Xenon linh kiện cho kính vi phẫu M525 F50 Hãng Leica	Bóng đèn Xenon linh kiện cho kính vi phẫu M525 F50 Hãng Leica	1	Cái
8	Gương phản chiếu linh kiện cho kính vi phẫu M525 F50 Hãng Leica	Gương phản chiếu linh kiện cho kính vi phẫu M525 F50 Hãng Leica	1	Cái
9	Màn hình LCD của máy đo độ bão hòa oxy để bàn Hãng Medtronic - Covidien	Màn hình LCD của máy đo độ bão hòa oxy để bàn 4.3IN TFT-LCD Bedside SPO2X1 Hãng Medtronic - Covidien Mã linh kiện : 10006131	7	Cái
10	Bảng mạch tín hiệu Analog linh kiện dùng cho máy giúp thở Newport E360 Mã hàng : GR105706 - Hãng Covidien	Bảng mạch tín hiệu Analog linh kiện dùng cho máy giúp thở Newport E360 Mã hàng : GR105706 Hãng Covidien	3	Cái
11	Bảng mạch chính linh kiện dùng cho máy giúp thở Newport E360	Bảng mạch chính linh kiện dùng cho máy giúp thở Newport E360 Mã hàng : GR107021 - Hãng Covidien	3	Cái



STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
	Mã hàng : GR107021 - Hãng Covidien			
12	Cảm biến lưu lượng thở ra dùng cho máy giúp thở Newport E360 Hãng: Covidien	Cảm biến lưu lượng thở ra dùng cho máy giúp thở Newport E360 Hãng: Covidien	20	Cái
13	Cảm biến oxy linh kiện dùng cho máy giúp thở Newport E360 Hãng: Covidien	Cảm biến oxy linh kiện dùng cho máy giúp thở Newport E360 Hãng: Covid	10	Cái
14	Van an toàn (SV) linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	Van an toàn (SV) linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	1	Cái
15	Van điện tử (PSO/Air) linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	Van điện tử (PSO/Air) linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	1	Cái
16	Van thở ra (EV) linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	Van thở ra (EV) linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	2	Cái
17	Cảm biến lưu lượng thở ra (Q3) linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	Cảm biến lưu lượng thở ra (Q3) linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	3	Cái
18	Cảm biến lưu lượng (Q1, Q2) linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	Cảm biến lưu lượng (Q1, Q2) linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	4	Cái
19	Cảm biến oxy linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	Cảm biến oxy linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	10	Cái
20	Bộ nguồn linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	Bộ nguồn linh kiện dùng cho máy giúp thở Bennett 840 Hãng: Covidien	1	Cái
21	Cảm biến lưu lượng thở ra dùng cho máy giúp thở cao tần HFO Model :fabian HFO.i Hãng: Acutronic Medical	Cảm biến lưu lượng thở ra dùng cho máy giúp thở cao tần HFO Model :fabian HFO.i Hãng: Acutronic Medical	3	Cái
22	Cảm biến oxy linh kiện dùng cho máy giúp thở cao tần HFO Model :fabian HFO.i Hãng: Acutronic Medical	Cảm biến oxy linh kiện dùng cho máy giúp thở cao tần HFO Model :fabian HFO.i Hãng: Acutronic Medical	3	Cái
23	Màng van thở ra linh kiện máy giúp thở cao tần HFO Model :fabian HFO.i Hãng: Acutronic Medical	Màng van thở ra linh kiện máy giúp thở cao tần HFO Model :fabian HFO.i Hãng: Acutronic Medical	3	Cái
24	Ron (đệm) cửa dùng cho máy hấp diệt trùng STERIS	Ron (đệm) cửa kích thước 26in x 37,5in, bằng cao su dùng cho máy hấp diệt trùng STERIS - Chịu nhiệt độ $\geq 138$ độ C - Áp suất $\geq 2.7$ bar	4	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
25	Phụ kiện thay thế van S35, S37 (Van điện từ S35, S37 dùng phù hợp cho máy hấp tiệt trùng Steris)	- Chịu nhiệt độ $\geq 138$ độ C - Áp suất $\geq 2.2$ bar - Chất liệu inox, sắt từ, cao su Phụ kiện thay thế van phải có 4 bộ phận: - Đế điện từ - Định hướng lõi điện từ - Ron đệm đế điện từ - Lõi điện từ với lò xo	4	Cái
26	Màn hình điều khiển của C-Arm	Màn hình điều khiển của C-Arm Philips ASSY Display EL 320.240.36 FET MOD	1	Cái
27	Xử lý rò rỉ gas mạch 1 cho Chiller số 2	-Kiểm tra, thử xì khí Nitơ và khắc phục rò rỉ - Hút chân không và nạp gas R407C mới mạch 1 - Vật tư và phụ tùng thay thế	1	Cái
28	Cảm biến áp suất cho máy gây mê Model : Aespire 7100, Hãng: GE Healthcare	Cảm biến áp suất cho máy gây mê Model : Aespire 7100 Hãng: GE Healthcare Mã hàng: 1504-3607-000	1	Cái
29	Cảm biến lưu lượng cho máy gây mê Model : Aespire 7100, Avance S/5 Hãng: GE Healthcare	Cảm biến lưu lượng cho máy gây mê Model : Aespire 7100 Hãng: GE Healthcare mã hàng: 2089610-001-S	6	Cái
30	Cảm biến oxy cho máy gây mê Model : Aespire 7100, 7900, Avance S/5 Hãng: GE Healthcare	Cảm biến oxy cho máy gây mê Model : Aespire 7100 Hãng: GE Healthcare Mã hàng: M-10	7	Cái
31	Ắc quy cho máy gây mê Model : Aespire 7100,7900 Hãng: GE Healthcare	Ắc quy cho máy gây mê Model : Aespire 7100, 7900 Hãng: GE Healthcare Mã hàng: TB.ZZ.P06.0514	6	Cái
32	Ắc quy cho máy gây mê Model : CS620 Hãng: GE Healthcare	Ắc quy cho máy gây mê Model : CS620 Hãng: GE Healthcare Mã hàng: TB.ZZ.T20.0421	6	Cái
33	Bóng xếp cho máy gây mê Model : Aespire 7900 Hãng: GE Healthcare	bóng xếp cho máy gây mê Model : Aespire 7900 Hãng: GE Healthcare Mã hàng: 1500-3378-00	2	Cái
34	Cáp kết nối cảm biến oxy cho máy gây mê Model : Aespire 7900, Avance S/5 Hãng: GE Healthcare	Cáp kết nối cảm biến oxy cho máy gây mê Model : Aespire 7900 Hãng: GE Healthcare Mã hàng: 1009-5570-00	4	Cái
35	Ắc quy cho máy gây mê Model : Avance S/5 Hãng: GE Healthcare	Ắc quy cho máy gây mê Model : Avance S/5 Hãng: GE Healthcare Mã hàng: TB.ZZ.T20.0421	4	Cái
36	Board ACB cho máy gây mê Model : CS620 Hãng: GE Healthcare	Board ACB cho máy gây mê Model : CS620 Hãng: GE Healthcare Mã hàng: M1805003-S	1	Cái
37	Board FIB cho máy gây mê Model : CS620 Hãng: GE Healthcare	Board FIB cho máy gây mê Model : CS620 Hãng: GE Healthcare Mã hàng: M1805555-S	1	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính
38	Máy bơm chân không cho máy tiệt khuẩn STERRAD 100S, Model: 04-03760-1-901	Tốc độ bơm chân không danh định (50Hz): 11.1 CFM Tốc độ bơm chân không (50Hz): 9.7 CFM Áp suất riêng phần cực đại không Chấn lưu khí: $<1 \times 10^{-4}$ Torr Áp suất tổng cực đại với Chấn lưu khí: $<3.8 \times 10^{-3}$ Torr Dung tích dầu tối thiểu/tối đa: 0.5/1.1 lít Công suất mô tơ: 1 HP	1	Cái
39	Bộ bảo dưỡng PM Kít 2 dùng cho máy Sterrad 100S, Model: 05-068992-200	Bộ bảo dưỡng định kỳ mỗi 12 tháng cho máy Sterrad 100S gồm: Bộ lọc HEPA; Bộ chuyển đổi xúc tác; Bộ nối chuyển đổi; Lọc hơi nước và các chi tiết khác	1	Bộ
40	Bộ bảo dưỡng PM Kít 1 dùng cho máy Sterrad 100S, Model: 05-068990-300	Bộ bảo dưỡng định kỳ cho máy Sterrad 100S gồm: Chai nhựa rỗng dùng để chứa dầu thải; Lọc hơi dầu Alcatel OME 25 HP; Miếng thấm dầu	1	Bộ

*Handwritten signature*



Tên công ty:

Địa chỉ:



Phụ lục 2

## BÁO GIÁ

(Đính kèm Thông báo số: 1551.TB-BVNĐ2 ngày 15 tháng 8 năm 2023)

### Kính gửi: Bệnh viện Nhi Đồng 2

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi Đồng 2, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ và email của hãng sản xuất, nhà cung cấp, trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh)] thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Yêu cầu báo giá	Danh mục thiết bị y tế trong danh mục của BV	Danh mục thiết bị y tế <sup>(1)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(2)</sup>	Mã HS <sup>(3)</sup>	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Đặc tính tiêu chí kỹ thuật <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/ khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VNĐ)	Giá và Quyết định phê duyệt KQLCNT trong vòng 120 ngày	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VNĐ)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VNĐ)		
T	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																		
2																		
3																		
...																		

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tình năng, thông số kỹ thuật, và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

- Bảng báo giá này có hiệu lực trong vòng ..... ngày, [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ..... [ghi ngày... tháng ... năm ..... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – yêu cầu báo giá].
- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ... tháng ... năm .....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*

**Ghi chú:**

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chung loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.
  - (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chung loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".
  - (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
  - (4) Mô tả dựa trên tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.
  - (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ thiết bị y tế (bao gồm hãng sản xuất, nước sản xuất và các thông tin khác liên quan).
  - (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
  - (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị.
  - (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
  - (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp, phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
  - (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VNĐ). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

