

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “**Mua sắm thiết bị, vật tư linh kiện sửa chữa thiết bị năm 2024**” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Đồng 2.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Trần Minh Nhựt
 - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế.
 - Số điện thoại: 0907.3333.24
 - Email: nhidong2.bme@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản giấy và file mềm excel theo mẫu phụ lục 2 đính kèm.
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ:
Phòng VT-TBYT. Địa chỉ: Số 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.
- Nhận qua email: nhidong2.bme@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận báo giá:
Từ 08h ngày 16 tháng 07 năm 2024 đến trước 16h ngày 26 tháng 07 năm 2024
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 07 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): Phụ lục 1 đính kèm
- Bảng báo giá: Theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm.
- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (Nộp bản Tiếng việt kèm theo bản gốc bằng tiếng Anh do chủ sở hữu TTBYT hoặc nhà sản xuất ban hành).
- Các thông tin khác (nếu có)

Bệnh viện Nhi Đồng 2 kính mời đại diện các đơn vị nộp bản báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. *du*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT-TBYT(NTPT, 02).

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**
**BỆNH VIỆN
NHI ĐỒNG 2**

TS.BS Phạm Ngọc Thạch

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Phụ lục 1

**DANH SÁCH HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
MUA SẴM THIẾT BỊ, LINH KIỆN PHỤ KIỆN SỬA CHỮA THIẾT BỊ NĂM 2024"**
(Đính kèm Thông báo số 16.56.../TB-BVND2 ngày 16/.../2024)

STT	Tên thiết bị	Tên linh kiện, phụ kiện thay thế	Tiêu chí kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Máy cưa xương ức	Máy cưa xương ức	Máy cưa xương ức bao gồm: Tay cưa tịnh tiến, Tay cưa lắc (cửa lần sau) và phụ kiện kèm theo máy: + Tay cưa tịnh tiến: - Tốc độ cửa tối đa: ≥ 14.000 vòng/phút. - Khoảng tịnh tiến: ≥ 3.2 mm - Vị trí đặt pin bên trong tay cầm. - Có khóa an toàn trên tay cầm. - Có thể hấp tiết khuôn. + Tay cưa lắc: - Tốc độ cửa ngang tối đa ≥ 13.000 vòng/phút - Góc lắc: ~ 4.1 độ - Vị trí đặt pin bên trong tay cầm.	Bộ	1
2	Máy ly tâm Hematocrit	Máy ly tâm Hematocrit	Máy ly tâm Hematocrit công suất ly tâm tối đa: ≥ 24 ống mao quản. Vận tốc tối đa: ≥ 12.000 vòng/phút Lực ly tâm tối đa: ≥ 15.000 RCF Hiện thị bảo động: nắp máy mở, mất cân bằng, quá tốc độ....	Cái	2
3	Máy bảo da	Máy bảo da	Máy bảo da: Loại sử dụng băng pin Độ dày lát cắt: từ 0.2 đến 1.2mm Bề rộng lát cắt: ≥ 78 mm Tốc độ chuyển động tối đa ≥ 6.500 vòng/phút	Cái	1

STT	Tên thiết bị	Tên linh kiện, phụ kiện thay thế	Tiêu chí kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
4	Máy hấp nhiệt độ cao Model: V148 SN: 0330109-05	Van điện từ S1 Van điện từ S4 Van điện từ S7 Van 1 chiều CK4 Van 1 chiều CK8 Bẫy nước TR1 Van 1 chiều nổi đun	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Cân bằng áp suất cho chamber sau giai đoạn sấy khô - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135°C, áp suất đến 38±1 psig <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Cung cấp nước làm mát chịu được áp suất từ 30 - 50 psig <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: cung cấp nước làm chân không, chịu được áp suất từ 30 - 50 psig <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: van 1 chiều (loại xả liên tục). - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135°C, áp suất đến 38±1 psig <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS Chức năng: van 1 chiều của đường xả buồng hấp. Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135°C, áp suất đến 38±1 psig <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Bẫy hơi nước của đường xả buồng hấp. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135°C, áp suất đến 38±1 psig <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: van 1 chiều trong nồi đun, loại 1/2 inch. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi áp suất đến 80 psig 	Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái	1 1 1 1 1 1 1

STT	Tên thiết bị	Tên linh kiện, phụ kiện thay thế	Tiêu chí kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
5	Máy hấp nhiệt độ cao Model: V160 SN: 0330109-10	Bộ van điện từ S2, S9	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Van S2 cấp hơi nước đến buồng hấp, Van S9 cấp hơi nước đến vỏ buồng hấp. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135°C, áp suất đến 38±1 psig 	Cái	2
		Van điện từ S3	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Van xả nhanh. - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135°C, áp suất đến 38±1 psig 	Cái	1
		Board cạn nước	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: điều khiển mực nước trong nồi đun hơi nước. 	Cái	1
		Van điện từ S1	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Cân bằng áp suất cho chamber sau giai đoạn sấy khô - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135°C, áp suất đến 38±1 psig 	Cái	1
		Van điện từ S4	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: Cung cấp nước làm mát chịu được áp suất từ 30 - 50 psig 	Cái	2
		Van điện từ S7	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: cung cấp nước làm chân không, chịu được áp suất từ 30 - 50 psig 	Cái	1
		Van 1 chiều CK4	<ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng tương thích với máy hấp nhiệt độ cao hãng STERIS - Chức năng: van 1 chiều (loại xả liên tục). - Hoạt động ổn định, không bị biến dạng, hư hỏng trong phạm vi nhiệt độ 121 – 135°C, áp suất đến 38±1 psig 	Cái	1

STT	Tên thiết bị	Tên linh kiện, phụ kiện thay thế	Tiêu chí kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
7	Máy X-Quang di động Model: Mux-10 Hãng: Shimadzu Corporation	Bóng đèn máy X-Quang di động Shimadzu Model: Mux-10	Mã bóng đèn: 0.7U161CS-36 (NR). Tương thích với máy X-Quang di động Shimadzu Model: Mux-10	Cái	1
8	Máy cắt đốt điện cao tần Model: VLFT10GEN Hãng: Covidien - Mỹ	Bộ mạch phát công suất cho máy cắt đốt điện cao tần có chức năng hàn mạch máu	Mã bo mạch: PT00093999 Tương thích với máy cắt đốt điện cao tần Model: VLFT10GEN. Hãng Covidien - Mỹ	Cái	1
9	Máy trao đổi nhiệt Model: Hemotherm 400 CE Hãng: Terumo	Thanh điện trở	Tương thích với Máy trao đổi nhiệt Hemotherm 400 CE Hãng Terumo	Cái	1
10	Máy giúp thở Model: Bennett 980 Hãng: Covidien - Mỹ	Cảm biến lưu lượng thở vào (Oxy/Air)	Tương thích với Máy giúp thở Bennett 980- Hãng Covidien Mỹ	Cái	1
11	Máy giúp thở cao tần HFO Model: Fabian HFO Hãng: Acutronic Medical	Bộ trộn khí Blender	Tương thích với Máy giúp thở cao tần Fabian HFO. Hãng Acutronic Medical	Cái	1



Tên công ty:

Địa chỉ:

SĐT:

Phụ lục 2

BÁO GIÁ

Đính kèm Thông báo số: 1656..TB-BVND2 ngày 16 tháng 7. năm 2024

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nhi Đồng 2, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ và email của hãng sản xuất, nhà cung cấp, trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh)] thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất	Nước SX	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1							
2							
...							

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, chứng nhận lưu hành và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

- Bảng báo giá này có hiệu lực trong vòng ngày, [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm [ghi ngày]...
- Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

....., ngày ... tháng ... năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))